

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku



ul. Bolesława Leśmiana 4; 21-040 Świdnik

REGON 431010878

tel. (81) 751 42 15

www.spzozswidnik.pl

NIP 712-24-83-842

fax (81) 751 27 49

sekretariat@spzozswidnik.pl



Bank Pekao S.A. Nr rachunku bankowego: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Świdnik, dn. 20.01.2020

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku informuje, że **zostały odrzucone** z postępowania na **Dostawę sprzętu jednorazowego użytku, w zakresie Pakietu Nr 2 (Kaniule do żył obwodowych),** oferty Wykonawców :

Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.

ul. Osmańska 14

02-823 Warszawa

i

SKAMEX Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

Przyczyną odrzucenia ofert w/w Wykonawców jest to, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy zaproponowali produkt niezgodny z opisem zawartym w SIWZ.

W dniu 23.12.2019r. do Zamawiającego wpłynęła Notatka służbowa od Wykonawcy SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, w której Wykonawca informuje, że firma Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa **w zakresie Pakietu Nr 2 (Kaniule do żył obwodowych) w poz. 4 (Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego)** zaoferowała produkt, który jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ (zaoferowany łącznik o numerze katalogowym 385100 posiada przestrzeń martwą 0,16 ml, natomiast Zamawiający oczekiwał łącznika o przestrzeni martwej max. 0,10 ml) i że, oferta tej firmy powinna zostać odrzucona.

Zamawiający w dniu 24.12.2019r. wystąpił do firmy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutu. Firma Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. potwierdziła, iż zaoferowała łącznik o numerze katalogowym 385100, który posiada przestrzeń martwą 0,16 ml a nie max. 0,10 ml tak jak wymagał Zamawiający.

Również Wykonawca Skamex Sp. z o.o. Sp. k. w Pakiecie Nr 2 (Kaniule do żył obwodowych) w poz. 4 (Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego) zaoferował łącznik dostępu naczyniowego o tym samym numerze katalogowym (385100) co Wykonawca Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., zatem zaproponował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

W związku z powyższym oferty w/w Wykonawców w zakresie Pakietu Nr 2 podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Z poważaniem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
Tel. (81) 751 42 15
ul. Bolesława Leśmiana 4